

■機能

1. 自動バックアップ

システム運用に不可欠な校正管理システムのデータベースを最大8回／日決められた時刻に自動でバックアップし、その結果をメールで通知します。


2. 校正回収指示書の自動送信

校正漏れを無くすため、校正回収指示書（校正すべき計測機器リスト）を指定メールアドレスまたは管理責任者のメールアドレスへ通知します。

メールの通知は、送信日時、校正期間（校正回収指示書の対象日数）を指定することができます。

■構成図


1. 自動バックアップ



自動バックアップ設定

No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8
スケジュール設定							
☐ バックアップしない ☒ 日単位							
開始時刻		12		:	10		
最大保存数(0:無制限)		100					
バックアップデータベース							
QCPRQ_CX							
☐ トランザクションログを同時にバックアップする							
バックアップ保存場所							
D:\SQL Server Backup				参照			
☐ コピー D:\SQL Server Backup				参照			
メール通知処理							
☒ バックアップの結果をメールで通知する。							
☐ 異常時のみ通知する。							
設定 OK キャンセル							

①スケジュールに従って
自動バックアップを行う




③管理者がバックアップが正常終了しているか確認する

<バックアップメール通知内容>

測定機器校正管理システム ご担当者様
 測定機器校正管理システムからの自動送信です。
 [No. 1]
 データベース：QCPRQ_CX
 実行時間：2023/07/03 12:13:56
 実行結果：正常終了

2. 校正回収指示書の自動送信



回収指示書の送信設定

☒ 回収指示書をメール送信する

送信日
☐ 毎日 ☒ 毎週 月曜 ☐ 日付

送信時刻
 送信時刻 8 : 30

送信先
☐ 指定メールアドレスへ送信する ☒ 管理責任者のメールアドレスへ送信する

有効期限切れの期間
 日数 7

OK キャンセル

①設定内容に従って

計測器情報から管理責任者単位で
校正回収指示書を作成する



校正回収指示書 (Excel)

③管理責任者が校正回収指示書を確認する

<校正回収指示書メール通知内容>

管理責任者 様

測定機器校正管理システムからの自動送信です。

回収指示書を添付しましたので、ご確認をお願い致します。

<< 関連情報 >>

①データベース - QCPRO_CX

②有効期限切れ期間(日) - 7 (2023/06/26~2023/07/02)

③校正件数 - 4

回収指示書 2023/06/26~2023/07/02

基準日: 2023/6/26

No	計測器コード	使用区分	機器名称	製造番号	管理区分	校正区分	使用日	校正日	有効日
1	CC-300C-001	使用中	セラキャリバチェッカ CC-300C 515-555	CC-300C-001	基準ゲージ	外部校正	2020/05/11	2022/12/29	2023/06/29
2	CDS15C-001	使用中	デジマチックキャリバ CD-S15C	A001001	計測器	社内校正	2020/05/11	2022/12/30	2023/06/30
3	CN15-001	使用中	M形標準ノギス	CN15-001	計測器	社内校正	2020/05/11	2023/01/01	2023/07/01
4	CN30-001	使用中	M形標準ノギス	CN30-001	計測器	社内校正	2020/05/11	2022/12/29	2023/06/29
5									
6									
7									

必要な校正回収指示書の日数を
自由に設定が可能です